

**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO**  
**ERRATA PE 050/2020**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211//2020**

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos de uso hospitalar.

**RECURSO:** 5031 Emenda Parlamentar 913016/17-005 Convênio SICONV 852424/2017

A CPL comunica que houveram alterações no Edital conforme segue; No número do PE no Portal de Compras Públicas onde se lê 050/20220 Leia-se 050/2020;

Nos Anexos IV e V, no Item nº6 - Monitor Cardíaco\* Onde se lê "... faixa de medida aproximada de 20-300 bpm. Respiração - faixa de medida aproximada de 0 a 155 rpm..." Leia-se: "...faixa de medida de 20-300 bpm. Respiração faixa de medida de 0 a 155 rpm..."

\* Onde se lê "...faixa de medida entre 1 e 100%, pulso aproximada de 15 a 300 bpm..."

Leia-se: "...faixa de medida de 1 a 100%, pulso de 15 a 300 bpm..."

\* Onde se lê "...faixa de medida aproximada de 1 a 180 minutos..."

Leia-se: "...faixa de medida de 1 a 180 minutos..."

Diante destas alterações, fica prorrogada a data de abertura do processo em epígrafe para o dia 15/10/2020 às 10h00min. e propostas e documentações até as 9h45min da mesma data. Permanecendo os demais textos e parágrafos sem alterações.

Informações: Fone: 51 2126-8374 Email: licitacaosaocamilo@gmail.com

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Comissão Permanente de Licitações FSPSCE

**Publicado por:**  
Thais da Silva Lutz  
**Código Identificador:**7842BA08